

Прокуратурой района в ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

В ходе проверки в деятельности должностных лиц ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» выявлены существенные нарушения требований Приказа Минздрава России 18.12.2015 за №933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсичного).

Так, при проведении освидетельствования для исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя в ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» используется техническое средство измерения под названием «Drager», которое в установленном порядке не прошло ежегодную проверку.

Согласно п. 7 Положения медицинское освидетельствование начинается с поверки врачом документа, удостоверяющего личность освидетельствуемого, а также данных протокола о направлении лица на медицинское освидетельствование.

Вместе с тем, проверкой содержания папок скоросшивателей с Актами какие либо правоустанавливающие документы освидетельствованных лиц, также протокола о направлении лиц на медицинское освидетельствование не обнаружены. В указанных актах также не заполняются все предусмотренные реквизиты.

Более того, при медицинском освидетельствовании лиц, отбор биологического объекта для направления на химико-токсикологические исследования вне зависимости от результатов исследований выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, должностными лицами ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» не осуществляются. Не ведется и журнал учета проведенных освидетельствований.

По выявленным нарушениям требований действующего законодательства, в адрес и.о. главного врача ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» внесено представление об устранении этих нарушений.

Прокурор Каякентского района

Д.М. Макашерипов